

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ شماره سند:	 آزمایشگاه مرجع بهداشت معاونت	فرم: چک لیست نصب و راه اندازی اتوکلاو صفحه: ۱ از ۱
---	--	---

چک لیست الزامات نصب و راه اندازی اتوکلاو

توضیحات	در دست اقدام اصلاحی	نمبر	نوع	موضوع	
				آیا اتوکلاو در فضایی که حرارت و رطوبت به راحتی تهویه شود قرار دارد؟	۱
				آیا فضای خالی پشت و اطراف اتوکلاو حداقل ۸۰ سانتیمتر است؟	۲
				آیا محیط اطراف و کف محلی که اتوکلاو قرار دارد مقاوم به حرارت و رطوبت است؟	۳
				آیا برق ورودی مناسب برای تجهیز دارای مشخصات ۶۰ Hz و ۲۴۰ V در نظر گرفته شده است؟	۴
				آیا حجم و فشار جریان آب اتصالاتی به دستگاه با حجم تجهیز متناسب است؟	۵
				آیا آب مصرفی از مواد سخت تصفیه شده است؟	۶
				آیا فاضلاب مناسب برای جمع آوری آب داغ وجود دارد؟	۷
				آیا اقدامات مناسب برای خروج بخار ناشی از دستگاه در نظر گرفته شده است؟	۸

آزمایشگاه مرجع بهداشت

نام و امضاء تصویب کننده:	نام و امضاء تأیید کننده: