

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴	 آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت	فرم: دیسکهای مجاز برای آنتی بیوگرام ادرار صفحه: ۱ از ۱
شماره سند:		بخش استقرار: میکروب شناسی
محدوده توزیع: تضمین کیفیت		

دیسکهای مجاز برای UTI pathogenic organisms

CLSI 2023

نام دیسک	S	I	R	ارگانیسم مربوطه
Ampicillin (AM ±) 10ug	≥17 ≥17 ≥24	14-16 - -	≤13 ≤16 -	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Enterococcus SPP.</i> <i>Streptococcus SPP.</i>
Amikacin (AN -) 30 ug	≥17	15-16	≤14	
Cefixme (CFM -) 5ug	≥19	16-18	≤15	<i>Enterobacteriaceae</i>
Cefotaxime (CTX ±) 30ug	≥26 ≥24 ≥28	23-25 - 26-27	≤22 - ≤25	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Streptococcus SPP.(B.H)</i> <i>Streptococcus SPP (viridans)</i>
Ceftriaxone (CRO ±) 30ug	≥23 ≥24 ≥27	20-22 - 25-26	≤19 - ≤24	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Streptococcus SPP (B.H)</i> <i>Streptococcus SPP.(viridans)</i>
Cephalothin (CF ±) 30ug	≥18	15-17	≤14	
Ciprofloxacin (CP ±) 5ug	≥26 ≥25 ≥21 ≥31	22-25 19-24 16-20 21-30	≤21 ≤18 ≤15 ≤20	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus SPP.</i> <i>Enterococcus SPP.</i> <i>Enterobacteriaceae (for Salmonella SPP.)</i>
Gentamycin (GM ±) 10ug	≥18	15-17	≤14	
Nalidixic acid (NA -) 30ug	≥19	14-18	≤13	
Nitrofurantoin (FM ±) 300ug	≥17	15-16	≤14	
Norfloxacin (NOR ±) 30ug	≥17	13-16	≤12	
Trimethoprim sulfamethoxazol (SXT ±) 1.25/23.75 ug	≥16 ≥19	11-15 16-18	≤10 ≤15	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Cephalexin (CN ±) 30ug	≥18	15-17	≤14	